

附件

监督抽检不符合规定产品名单

序号	标示产品名称	标示注册人/备案人	被抽样单位名称	规格型号	生产日期/批号/出厂编号	不符合规定项目
1	长效抗菌材料	南京神奇科技开发有限公司	南京神奇科技开发有限公司	喷雾型（P）20ml	20250717 25070225	外观
2	一次性使用旋转切割吻合器和钉仓	南京迈迪欣医疗器械有限公司	南京迈迪欣医疗器械有限公司	器械：MLCF-Mb 钉仓组件：MLCFC-45b-2.5	器械：2026.02.05 钉仓组件：2025.02.14 器械：0136260201 钉仓组件：0086250201	吻合和切割性能
3	医用分子筛制氧机	江苏思缔医疗科技有限公司	江苏思缔医疗科技有限公司	SD-05W	2026年04月23日 A05W26040410205	可听声能补充的要求
4	交锁髓内钉	江苏嘉斯康医疗科技有限公司	江苏嘉斯康医疗科技有限公司	股骨髓内钉-髓内钉：SGG-I K 10×360；股骨髓内钉-锁钉：SGG-I K 4.5×40	股骨髓内钉-髓内钉：2025-03-04；股骨髓内钉-锁钉：2025-03-04 股骨髓内钉-髓内钉：2501101；股骨髓内钉-锁钉：2501103 股骨髓内钉-髓内钉：001；002；003；004；005；006	尺寸
5	缺血预适应训练仪	益诺思（常州）医疗科技有限公司	益诺思（常州）医疗科技有限公司	YNS-DTM01	2026.04.20 D20260420005	指示器
6	电动轮椅车	永康市好哥工贸有限公司	徐州美之声医疗器械有限公司	HG-W680 室外型	2026年04月26号 2604261 260426168061091	辐射发射、传导发射
7	医用分子筛制氧机	安徽呈瑞医疗设备有限公司	泰州汇格商贸有限公司	CR-5CW	2026.04.21 260410020 26041002006	可听声能补充的要求